



Folgende Güter dürfen nicht mit der Rohrpost transportiert werden:

- Gerinnungstest PFA 100
- Zytostatika

Diese Güter werden durch das Personal der DUU im Rahmen der regelmäßigen „Materialrunde“ transportiert. Bitte legen Sie das Transportgut gut sichtbar bereit.

Vorgehen bei einer Störungsanzeige auf dem Display der Rohrpoststation:

1. Melden Sie die Störung bei der Störmeldezentrale unter Tel.-Nr. 66667
2. Beschriften Sie das Transportgut gut lesbar mit Empfänger (Labor, Berg, etc) und Absender
3. Transport erfolgt durch das Personal der DUU im Rahmen der regelmäßigen „Materialrunde“. Bitte legen Sie das Transportgut gut sichtbar bereit.
4. Nach Behebung wird die Störmeldezentrale alle betroffenen Einheiten darüber informieren

Zeitkritische Transporte und Transporte außerhalb der regelmäßigen „Materialrunde“ müssen selbst transportiert werden!