

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 24.10.2025

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Antiepileptika 01 (191):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Lamotrigin
Levetiracetam

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10014715
Prof. Dr. Sven Danckwardt
Zentrale Einrichtung Klinische Chemie
Albert-Einstein-Allee 23
89081 Ulm

Düsseldorf, 25.11.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG

Ringversuch vom 24.10.2025

Sie haben an dem Ringversuch mit folgenden Untersuchungen teilgenommen

Antiepileptika 01 (191):

Lamotrigin
Levetiracetam

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiliBÄK

Kunde:
10014715
Prof. Dr. Sven Danckwardt
Zentrale Einrichtung Klinische Chemie
Albert-Einstein-Allee 23
89081 Ulm

Düsseldorf, 25.11.2025



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. med. Werner Steimer
(Ringversuchsleiter)

Auflistung und Bewertung der Ergebnisse

10014715: Prof. Dr. Sven Danckwardt
 Zentrale Einrichtung Klinische Chemie

Ringversuch vom 24.10.2025

Ringversuchsleiter: **Prof. Dr. med. Werner Steimer**
 Institut für Klinische Chemie und Pathobiochemie Tel.: +49 89 4140 4754
 Klinikum rechts der Isar Fax: +49 89 4140 4875
 Ismaningerstraße 22 Mail: werner.steimer@instand-ringversuch.de
 81675 München

191

Antiepileptika 01

Analyt	Probe 191A-251007	Einheit	Ihr Wert	Zielwert	ZW-Art	untere Grenze	obere Grenze	Abweichung	Z-Score	Kriterien erfüllt	
Lamotrigin	-01	mg/l	7.67	7.55	SW	5.74	9.36	1.6%	0,186	+	
	-02		9.30	9.64	SW	7.33	12.0	-3.5%	-0,429	+	
Levetiracetam	-01	mg/l	11.6	11.1	SW	8.44	13.8	4.5%	0,403	+	
	-02		33.7	32.1	SW	24.4	39.8	5.0%	0,535	+	

Analyt	Probe 191A-251007	Ihre Einheit	Mitgeteilter Wert	Umrechnungs-faktor	Methode	Hersteller	Gerät	Nachweisgr enze
Lamotrigin	-01	mg/l	7.67	1.00	171	CR	ZY99	0,22
	-02		9.30	1.00				
Levetiracetam	-01	mg/l	11.6	1.00	171	CR	ZY99	1,04
	-02		33.7	1.00				

Ergänzende Erläuterungen zur Auswertung stehen im RV-Online System in der Spalte Bericht zum Download zur Verfügung.

Individuelle Gesamtübersicht

 10014715: Prof. Dr. Sven Danckwardt
 Zentrale Einrichtung Klinische Chemie



Ringversuch vom 24.10.2025

191

Antiepileptika 01
Lamotrigin (mg/l, N = 101)

Kollektiv	Probe 191A-251007	Zielwert	Bewertungsbereich		Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
			MW	VK	Anz.	Probe	ges.	Probe	ges.
alle Methoden	-01	7.55	5.74	- 9.36	7.55	8.53	101	97.0	97.0
	-02	9.64	7.33	- 12.0	9.64	8.22	101	99.0	

Bestehensquote: 97%


Levetiracetam (mg/l, N = 92)

Kollektiv	Probe 191A-251007	Zielwert	Bewertungsbereich		Teilnehmerkollektiv			Quote (%)	
			MW	VK	Anz.	Probe	ges.	Probe	ges.
ARK Diagnostics	-01	7.63	5.80	- 9.46	7.63	4.97	13	100	100
	-02	23.8	18.1	- 29.5	23.8	5.71	13	100	
alle Methoden	-01	11.1	8.44	- 13.8	11.1	11.2	79	91.1	91.1
	-02	32.1	24.4	- 39.8	32.1	9.31	79	97.5	

Bestehensquote: 92,4%

